

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

文件別	廠商意見	本中心回覆	修正文件
投標須知	<p>十六、本採購：</p> <p>(4)本採購就取得或使用無人機部分應符合下列條款(與招標文件其他條款有不一致者，本條款優先適用)</p> <p>The acquisition or use of drone in this procurement shall comply with the following clauses (if there is any discrepancy with other clauses in the tender documentation, this clause shall prevail).</p> <p>(4-1)不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者參與。且符合下列規定：</p> <p>提問： 韓國廠商及其母公司 100%韓資企業，但母公司與大陸地區有生意往往來，這樣是否符合投標資格規定嗎？</p>	<p>依投標須知第 64 條第 5 項規定辦理，因涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。</p>	
	<p>二十、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足 1 日者，以 1 日計。</p> <p>提問： 與公開閱覽民眾意見之送達期 112/09/25 衝突，以何者日期為準。</p>	<p>投標須知第 20 條規定僅適用於正式公告之招標文件，並以等標期為計算基準，與公開閱覽意見送達截止時間並無衝突。</p>	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	<p>二十三、本採購依採購法第 35 條：                  ■(2)不允許提出替代方案。                   提問:請示其義</p>	<p>依採購法第 35 條規定，機關得於招標文件中規定，允許廠商在不降低原有功能條件下，得就技術、工法、材料或設備，提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案。其實施辦法，由主管機關定之。                   本案屬財物採購，經完成設計後，廠商須依照設計書與招標規範內容製造及安裝交付品項，不宜提出替代方案。</p>	
	<p>三十五、押標金有效期(無押標金者免填)：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納押標金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較招標文件規定之報價有效期長 <b>30</b> 日。廠商延長報價有效期者，其所繳納押標金之有效期應一併延長之。                   提問：                  由國外銀行或國外保險公司出具的書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納押標金是否有效。</p>	<p>依採購法第三十條及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第二條所定「銀行」之意旨，外國銀行如符合銀行法第一百十六條「依照外國法律組織登記之銀行，經中華民國政府認許，在中華民國境內依公司法及本法登記營業之分行」之規定，且依同法第一百二十一條規定，於經中央銀行許可經營業務之範圍內，得為本辦法第七條規定銀行之各項擔保。</p>	
	<p>三十九、履約保證金金額(無者免填)：一定金額：_新台幣 6,000 萬元整;•契約金額之一定比率：_____ %。                  ■廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤</p>	<p>依採購法第三十條及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第二條所定「銀行」之意旨，外國銀行如符合銀行法第一百十六條「依照外國法律組織登記之銀行，經中華民國政府認</p>	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	<p>銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經機關審核後始予接受。廠商以押標金轉換為履約保證金時，亦同。</p> <p>提問： 1.由國外銀行或保險公司出具同等金額證明是否有效 2.如果事後認定無效，如何補正？</p>	<p>許，在中華民國境內依公司法及本法登記營業之分行」之規定，且依同法第一百二十一條規定，於經中央銀行許可經營業務之範圍內，得為本辦法第七條規定銀行之各項擔保。</p>	
	<p>五十四、押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。</p> <p>廠商以金融機構本票、支票、保付支票或郵政匯票繳納押標金或保證金者，該票據應為即期並以國家海洋研究院為受款人。廠商以設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、</p> <p>提問： 由國外銀行或保險公司出具同等金額證明是否有效。</p>	<p>依採購法第三十條及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第二條所定「銀行」之意旨，外國銀行如符合銀行法第一百十六條「依照外國法律組織登記之銀行，經中華民國政府認許，在中華民國境內依公司法及本法登記營業之分行」之規定，且依同法第一百二十一條規定，於經中央銀行許可經營業務之範圍內，得為本辦法第七條規定銀行之各項擔保。</p>	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	<p>六十六、投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下(限特殊或巨額之採購方可規定特定資格條件)：</p> <p>■(一)具有相當經驗或實績者，其情形：截止投標日前十年內，完成與招標標的同性質或相當之工程、財物或勞務契約，其單次契約金額不低於招標標的預算金額之五分之二，或累計金額不低於招標標的預算金額；應附證明文件：檢附採購機關(或契約買方)出具之「驗收證明文件」(如驗收證明書影本或類似證明文件)為佐證。</p> <p>■(三)具有相當財力者，其情形：實收資本額不低於1千萬元(含)以上；應附證明文件：檢附經會計師簽證或審計機關審定之上一會計年度或最近一年度之財務報告及其所附報表為佐證。</p> <p>提問：</p> <p>1.韓國企業並沒有資本額登記，但去年營業額約新台幣4億元(財務報表)左右，請示是否可以用營業額(4億)替代實收資本額1000萬資格認定。</p> <p>2.韓國廠商當主標者，台灣代理商會有資本額限制嗎？</p>	<p>依據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第五條及第十二條規定，仍請以「資本額」為準。</p> <p>*****</p> <p>投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第五條：</p> <p>三、具有相當財力者。其範圍得包括實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一，或經會計師簽證或審計機關審定之上一會計年度或最近一年度財務報告及其所附報表，其內容合於下列規定者：</p> <p>(一)權益不低於招標標的預算金額十二分之一。</p> <p>(二)流動資產不低於流動負債。</p> <p>(三)總負債金額不超過權益四倍。但配合民營化政策之公營事業參加投標者，不在此限。</p> <p>投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第十二條：</p> <p>機關辦理外國廠商得參與之採購，招標文件規定投標廠商應提出之資格文件，外國廠商依該國情形提出有困難者，得於投標文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。</p>	
--	--	---	--

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	<p>提問： 如果施工期間發生自然或不可抗拒災害，如：地震、颱風、戰爭---等災害，責任歸屬由哪方負責？</p>	<p>依財物採購契約第 14 條第 5 項規定辦理，因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，乙方得依第 7 條第 5 款規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除契約責任。</p>	
投標須知	<p>Can only companies with a track record of delivering similar towing carriage systems participate in this NAMR bidding?</p>	<p>Yes, please refer to the bidding documents “Tenderer Instructions” article 66 &amp; 68.(page42-50)</p>	
投標須知	<p>Does the main contractor participating in this NAMR Project bid necessarily have to be a company with a track record of delivery?</p>	<p>Please refer to the bidding documents “Tenderer Instructions” article 17.(page19). The tenderer shall be an eligible supplier to perform either detailed design or supply and installation, and for a part of the qualification requirements which a tenderer shall meet, the tenderer may submit in lieu a subcontractor’s qualification for the part to be subcontracted.  It would be more appropriate to submit a contract between the parties rather than an MOU.</p>	
投標須知	<p>If the main contractor does not have a track record of delivering similar equipment, is it okay to submit an MOU or contract proving that they are participating in this NAMR Project together with another</p>		

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	company that has a track record of delivery?		
投標須知	<p>Can only bank bonds issued by the Bank of Taiwan be recognized? When a foreign company like us participates in your bid, I wonder if bid bonds issued by foreign banks can also be accepted</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bidding participation deposit : How much percentage of contract amount, Cash or Bond?</li> </ul> <p>Contract performance guarantee bond : How much percentage of contract amount, Local Bank Bond or Foreign Bank Bond?</p>	<p>In accordance with the meaning of “bank” specified in Article 30 of the Procurement Act and Article 2 of the “Regulations for Bid Bond, Guarantee Bond and Other Guarantees”, if a foreign bank complies with Article 116 of the Banking Act, A bank organized and registered in accordance with foreign laws, A branch registered for business within the territory of the Republic of China in accordance with the Company Law and this Law with the approval of the Government of the Republic of China" and in accordance with the provisions of Article 121 of the same law, within the scope of business operations licensed by the Central Bank, may Article 7 of these Measures stipulates various bank guarantees.</p> <p>Bank bonds issued by foreign banks are difficult for the bidding unit to verify. It is recommended that Taiwan's bank bonds be the main ones.</p> <p>Please refer to the bidding</p>	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

		documents “Tenderer Instructions” article 32.(page23). The amount of bid bond shall be a fixed amount : 12 million New Taiwan Dollars.  Please refer to the bidding documents “Tenderer Instructions” article 38.(page25). The amount of performance bond : a fixed amount : _60 million New Taiwan Dollars.	
投標須知	除了 5 %進口稅，5 %營業稅等兩種稅賦外，是否還有其他稅賦？	請參考契約第六條	
	外國廠商參與投標：(Page 11) 請增列荷蘭或西歐地區	投標須知已述明大陸地區以外國家	
	Page 19: 第 19 條 請提供 email	電子領投標係指政府採購網站	
	Page 21: 國外廠家可否以英文投標	以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。	
	Page 21: 開標時間為何	請追蹤本中心於政府採購網公告	
	Page 23: 押標金請同意以等值美金質押	基於政府預算執行之考量，故不開放	
	Page 45: 高於公告之預算者招標價格既已公告，此項限制應解除	本條文係以政府採購法規定述明	
	Page 51: 投標廠商標價幣別 The currency of the tender 本案開放外國廠商投標，但是為何不能開放台幣以外之國際通用貨幣 做交易？例如：美金、歐元、人民幣。若能在	基於政府預算執行之考量，故不開放	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	<p>政府採購法規定的幣別兌換機制下，同步開放台幣、外幣做為報價幣別，並開放外國銀行出具各項保證金擔保(L/C)，必能大幅提升外國廠商參標意願，讓國際有經驗的大廠共同競爭，對業主在設備的獲得與服務品質上，反而能得到明顯的提升，因此，建議所有的保證金及款項支付等均以美金執行。</p>		
	<p>Page 55: 未見到投標文件遞交日期期限</p>	<p>請追蹤本中心於政府採購網公告</p>	
	<p>Page 57: 建議以英文為主要語文，避免中、英文之間的語意差異</p>	<p>以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。</p>	
	<p>Page 42, 43 投標廠商資格貴中心係建造國家級之船模實驗室，若能在選商過程中，對潛在供應商的品質、經驗、能力、信用與專業等，均能訂立公平、嚴而不苛的篩選條件，則對未來所購設備「如質」、「如期」、「如預算」履約，無疑多了一道保障，依據目前公布的投標須知，我們認為過往的履約實績金額、財力條件，並不足辨識潛在供應商能力，且須知內諸多與條 3/9 件相關的形容詞，亦無法明確界定判定標準，因此，我們分享國外設備原廠，參與國際標案所獲國外業主如何判斷供應商能力的經驗，供貴中心做為訂定廠商資格條件的</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力</p>	



國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	<p>參考：</p>		
	<p>(1)投標者應提供具備適能資格，諸如具設計，設計驗證，曾生產與規格書中所列高於或類似之設備製造能力(至少三項實績)，並須於報價中說明詳列。</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力</p>	
	<p>(2)投標者應在工程標準與設計核驗上具備並符合國際可接受標準，並須提供近期三項實績。</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力</p>	
	<p>(3)投標者應至少提供工程專案管理團隊中核心成員五員名單與履歷，該五員須至少具備十年以上相關設計經驗。</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力</p>	
	<p>(4)投標者應至少提供三件曾提供服務專案之業主簽字證明函，且該專案必須類似或採更嚴格標準，並證明專案順利運作達十年以上。</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力</p>	
	<p>(5)投標者應確認控制系統和控制軟體完全由內部設計，需提供至少五個投標類似規格的大型設備，並提出具備控制軟體的系統證明文件。</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力</p>	
	<p>(6)投標者應在 FAT(最終接受測試)期間使用數位對映來證明其控制軟體的功能和性能合規性，且投標人應在其報</p>	<p>本案係基於廣徵商源之立場並採用最有利標評選，故相關廠商經驗與技術能力已納入評選標準由評選委員共同評定，請</p>	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

	價中提供至少三個證明文件，證明其具備曾使用數位對映的經驗。	於服務建議書儘力表現貴司執行本案之能力	
採購契約	<p>Please provide the current master schedule (draft) from NAMR bid announcement to bidder evaluation and selection. This will be of great help to us in preparing your bid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bid opening date</li> <li>● Bid Proposal Submission Schedule</li> <li>● Selection schedule for bid-winning companies</li> </ul> <p>Contract performance period</p>	Everything is subject to announcement information, please pay attention to subsequent public information.	
採購契約	財務採購契約第七條一款 4 項：Article 7 of the Procurement Contract 何謂正式通知？	感謝建議，將會進行考量是否納入後續調整修改方向。	財物採購契約第七條、(一)、2、3、4
	得標廠商提出之規格能否取代招標規範規格？	若高於招標規範規格，則可列為評選的加分項目。	
	稅、規費等等並未列入合約價格，建議納入並提高合約價格。	本案預算均已包含相關稅、規費	
	仲裁法律建議採用瑞士、英國或新加坡法律，仲裁法庭建議改在倫敦。建議採第三國或中立國之仲裁以公平對待外國廠商。	<p>一、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會。</p> <p>本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。</p>	
	交貨條件建議採 DDP Incoterms 2020	契約已有律定	

國家船模實驗室新建工程「拖車與迴旋臂系統採購」案，公開閱覽廠商意見澄覆

<p>招標規範書</p>	<p>Page 9: 得標廠商在某特定階段提供介面整合工程:這代表這某特定階段有 額外時間, 或者是包含在 PDR 階段時間內?</p>	<p>特定階段包含拖車與迴旋臂系統的設計階段, 以及業主或最終使用者對於拖車與迴旋臂系統跟其他裝備或者是土建的介面有任何疑慮或問題的時候。</p>	
	<p>page 13: 5/9 文中, 建議改成{請廠商提供拖車安全防護措施}, 得標廠商提供的防護資訊應該為必要應用與執行之健康與 安全需求, 而不是因為他是裝備的一部分(例如額外的護欄、安全路線或升起物件干擾操作限制等等)。</p>	<p>以本國勞衛安法規規定, 得標商屆時配合辦理。</p>	
	<p>Page 17: 軌道長度(公尺): 約 90 公尺, 應請詳述精確長度。</p>	<p>感謝建議, 將會進行考量是否納入調整修改方向。</p> <p>軌道長度(公尺): 91 以上 92 米之內(包含止擋塊) 軌道長度的功能需求為主拖車運動須完全覆蓋耐海性能水槽的範圍, 且子拖車要能夠載運五米內船模移動覆蓋到整個預備水槽上方。</p>	<p>招標規範書第一條、(三)、4</p>
	<p>page 33: 文中, 建議改成{請廠商提供迴旋臂安全 防護措施}, 得標廠商提供的防護資訊應該為必要應用與執行之健康 與安全需求, 而不是因為他是裝備的一部分(例如額外的護欄、安全 路線或升起物件干擾操作限制等等)。</p>	<p>以本國勞衛安法規規定, 得標商屆時配合辦理。</p>	
	<p>page 51: 建議修訂為{機械操作正常範圍內, 實驗室內之噪音值應合於附件二噪音管</p>	<p>感謝建議, 將會進行考量是否納入調整修改方向。</p>	<p>招標規範書第三條、(四)、1</p>

